

泾县医院和重点中心乡镇卫生院提升工程项目医疗设备第一批（第四组）更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JX-CG-GK-2026012
原公告的采购项目名称：泾县医院和重点中心乡镇卫生院提升工程项目医疗设备第一批（第四组）
首次公告日期：2026年7月20日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

1、原招标文件第三包超乳+玻切一体机采购需求中：“3.1★超声频率 $\geq 29\text{kHz}$ ；”

现修改为：“3.1★超声频率 $\geq 28\text{kHz}$ ；”

2、原招标文件第二包ECMO（体外人工膜肺）采购需求中“(2)压力监测：采用集成式压力监测方式（压力检测传感器内置于血液通路），该监测为非外界采样式监测，可避免接头进气或渗血，降低血栓产生风险；可监测泵前压力、膜前压力、膜后压力，并自动计算跨膜压差；(3)温度监测：可监测静脉温度与动脉温度；”

现修改为：“(2)设备具备压力监测功能；(3)设备具备温度检测功能”。

3、原招标文件第二包ECMO（体外人工膜肺）采购需求中：“（1）投标文件中提供与设备同品牌的一体化膜式氧合器套包(或设备说明书要求的与设备适配的一体化膜式氧合器套包)参考价，否则作无效标处理。该套包含抗凝涂层，该套包可用于ICU患者的长时间治疗，使用时长 ≥ 7 天。”

现修改为：“（1）投标文件中提供与设备同品牌的一体化膜式氧合器套包(或设备说明书要求的与设备适配的一体化膜式氧合器套包)参考价，否则作无效标处理。该套包含抗凝涂层，该套包可用于ICU患者的长时间治疗，使用时长 ≥ 7 天。”

4、原招标文件第二包ECMO（体外人工膜肺）采购需求中：“泵驱动装置配备泵驱动启停、加减速等功能设置按键；”

现修改为：“配备泵驱动启停、加减速等功能”（注：此功能不限制在主机或者泵体装置上，设备具有此功能即可）

5、原招标文件第二包ECMO（体外人工膜肺）采购需求中：“3. 主机配备电池，可反复充电，可持续供电 ≥ 180 分钟，可查看电量信息及电源指示灯；”

现修改为：“3. 主机配备电池，可反复充电，可持续供电 ≥ 90 分钟，可查看电量信息及电源指示灯；”

6、原招标文件第二包ECMO（体外人工膜肺）采购需求中：“(4)流量范围：0~8L/min，精度 $\leq \pm 0.5\text{L/min}$ ；”

现修改为：“(4)流量范围：0~9.9L/min，精度 $\leq \pm 0.5\text{L/min}$ ”

7、本项目开标时间及投标文件递交截止时间均延期至2026年8月17日上午10时00分。

更正日期：2026年7月30日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：泾县卫生健康委员会

地址：泾县泾川镇学业路

联系方式：0563-5035156

2. 采购代理机构信息

名 称：安徽安天利信工程管理股份有限公司

地 址：安徽省合肥市蜀山区蜀鑫路69号

联系方式：0551-63736783/18656633662

3. 项目联系方式

项目联系人：杨成龙

电 话：0551-63736783/18656633662