

郎溪县中医院肿瘤中心和医养结合及中医治未病项目第三批医疗设备采购项目（第二部分）（二次）第1包更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：LXX-CG-GK-2025003

原公告的采购项目名称：郎溪县中医院肿瘤中心和医养结合及中医治未病项目第三批医疗设备采购项目（第二部分）（二次）

首次公告日期：2025年2月11日

二、更正信息

更正事项：√采购公告 √采购文件 □采购结果

更正内容：

1、第四章、采购需求-（二）货物需求及技术参数要求-2、产品要求及详细参数-第1包：心血管造影系统

●40 最小管电压：≤40KV 更正为：40 最小管电压：≤40KV

45 球管阳极热容量：≥4.0MHU 更正为：●45 球管阳极热容量：≥4.0MHU

46 最大阳极冷却速率：≥1730kHU/min 更正为：46 最大阳极冷却速率：≥1300kHU/min

47 球管阳极散热率：≥20000W 更正为：●47 球管阳极散热率：≥6600W

56 球管内置栅控技术，球管内置多档金属铜滤片 更正为：●56 球管内置栅控技术，球管内置多档金属铜滤片

57 球管与主机为同一品牌 更正为：●57 球管与主机为同一品牌

61最大图像矩阵灰阶输出：≥1904 x 2480 x 16bits 更正为：●61 最大图像矩阵灰阶输出：≥1904x2480x16 bits

●62 平板探测器分辨率：≥3.25LP/mm 更正为：62 平板探测器分辨率：≥3.25LP/mm

●64 DQE：≥77% 更正为：64 DQE：≥77%

●90 主机系统具备左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定，三种方法以上室壁运动曲线测量。更正为：90 主机系统具备左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定，三种方法以上室壁运动曲线测量。

●97 可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接进行参数调整 更正为：97 可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接进行参数调整。

2、本项目提交投标文件截止时间、开标时间顺延至2025年3月11日9时00分，开标地点不变。

更正日期：2025年2月21日

三、其他补充事宜

1. 此公告内容视同采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。

2. 除上述“二、更正信息”外，本项目详细评价表不变。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：郎溪县中医院

地址：安徽省郎溪县亭子山路99号

联系方式：段国祥 0563-7015797

2. 采购代理机构信息

名称：安徽皖岳信合项目管理有限公司

地址：安徽省合肥市蜀山区潜山路699号新地中心B座8楼

联系方式：储工 13275782946 1936890342@qq.com

3. 项目联系方式

项目联系人：段国祥

电话：0563-7015797

五、附件：无

2025年2月21日