

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：XCS-CG-GK-2026028B

原公告的采购项目名称：宣城市标准计量所计量标准设备更新项目第二包

首次公告日期：2026年7月31日

二、更正信息

更正事项：采购文件 第三章 采购需求

1、详细技术参数 （一）电子天平 2、性能技术指标要求“2.2、分辨力： $\leq 0.1\text{mg}$ ”现更正为：“2.2、全量程分辨力： $\leq 0.1\text{mg}$ ”

2、详细技术参数 （一）电子天平 2、性能技术指标要求“2.13、内置不少于三种颜色状态指示灯，可在操作触摸屏熄灭状态下通过指示灯颜色判断天平状态”现更正为：“2.13、具备状态指示功能，可从远处通过颜色直观判断天平是否处于正常状态”

3、详细技术参数 （二）电子天平 2、性能技术指标要求“2.11、内置不少于三种颜色状态指示灯，可在操作触摸屏熄灭状态下通过指示灯颜色判断天平状态”现更正为：“2.11、具备状态指示功能，可从远处通过颜色直观判断天平是否处于正常状态”

4、详细技术参数 （三）电子天平 2、性能技术指标要求“■2.16、内置不少于三种颜色状态指示灯，可在操作触摸屏熄灭状态下通过指示灯颜色判断天平状态”现更正为：“■2.16、具备状态指示功能，可从远处通过颜色直观判断天平是否处于正常状态”

5、详细技术参数 （四）质量比较仪 2、性能技术指标要求“★2.2、分辨力： $\leq 0.1\text{mg}$ ”现更正为：“★2.2、全量程分辨力： $\leq 0.1\text{mg}$ ”

6、详细技术参数 （四）质量比较仪 2、性能技术指标要求“■2.11、内置不少于三种颜色状态指示灯，可在操作触摸屏熄灭状态下通过指示灯颜色判断天平状态”现更正为：“■2.11、具备状态指示功能，可从远处通过颜色直观判断天平是否处于正常状态”

三、其他补充事宜

本项目投标文件递交截止时间、开标时间均延期至2026年9月21日9时00分（北京时间）

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：宣城市标准计量所

地 址：宣城市水阳江西大道10号文房四宝大厦

联系方式：0563-2627060

2. 采购代理机构信息

名 称：宣城市公共资源交易有限公司

地 址：宣城市梅园路香江金郡东区12栋3楼

联系方式：0563-3013002

3. 项目联系方式

项目联系人：张工、林工

电 话：0563-2627060、0563-3013002

