

宣城市标准计量所计量标准设备更新项目第三包更正公告第（3）次

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：XCS-CG-GK-2026028C
原公告的采购项目名称：宣城市标准计量所计量标准设备更新项目第三包
首次公告日期：2026年7月31日

二、更正信息

更正事项：采购文件 第三章 采购需求

1、

(八)	标准砝码组	一、设备建议参考配置： (0~200) t，M1级 二、设备主要性能指标： 用于传递M2等级砝码，用于检定相应的衡量仪器	2套	工业		
-----	-------	---	----	----	--	--

现更正为：

(八)	标准砝码组	一、设备建议参考配置：(0~200) t，M1级 二、设备主要性能指标： 用于传递M2等级砝码，用于检定相应的衡量仪器	20个(1000kg/个)	工业		
-----	-------	---	---------------	----	--	--

2、详细技术参数（七）压缩天然气加气机检定装置 三、技术参数要求 “1)★测量范围：（1-80）kg/min；”现更正为：“1)★测量范围：（1-70）kg/min；”

3、详细技术参数（八）标准砝码组 “数量：20个（2套）”现更正为：“数量：20个”

4、详细技术参数（十四）便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置 3、技术参数要求 ★3.1、“流量：A/B（10~300）mL/min，分辨力：≤0.1 ml/min，最大允许示值误差：优于±1.0%

C/D（0.2~2.0）L/min，分辨力：≤0.001 L/min，最大允许示值误差：优于±1.0%

E（5~130）L/min，分辨力：≤0.1 ml/min，最大允许示值误差：优于±1.0%；

G中流量（20~230）L/min和大流量（200~1200）L/min；，分辨力：≤0.1ml/min，最大允许示值误差：优于±1.0%；”现更正为：“流量：A/B（10~300）mL/min，分辨力：≤0.1mL/min，最大允许示值误差：优于±1.0%

C/D（0.2~2.0）L/min，分辨力：≤0.1mL/min，最大允许示值误差：优于±1.0%

E（5~130）L/min，分辨力：≤0.1L/min，最大允许示值误差：优于±1.0%；

G中流量（20~230）L/min和大流量（200~1200）L/min；，分辨力：≤0.1L/min，最大允许示值误差：优于

±1.0%；”

三、其他补充事宜

本项目投标文件递交截止时间、开标时间均延期至2026年9月21日9时00分（北京时间）

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：宣城市标准计量所

地 址：宣城市水阳江西大道10号文房四宝大厦

联系方式：0563-2627060

2. 采购代理机构信息

名 称：宣城市公共资源交易有限公司

地 址：宣城市梅园路香江金郡东区12栋3楼

联系方式：0563-3013002

3. 项目联系方式

项目联系人：张工、林工

电 话：0563-2627060、0563-3013002

2026年9月3日