

# 郎溪县中医院肿瘤中心和医养结合及中医治未病项目第三批医疗设备采购项目第2包更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：LXX-CG-GK-2024507

原公告的采购项目名称：郎溪县中医院肿瘤中心和医养结合及中医治未病项目第三批医疗设备采购项目

首次公告日期：2024年10月25日

## 二、更正信息

更正事项：☒采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果

更正内容：

（一）《四、采购需求》—（二）货物需求及技术参数要求—2、产品要求及详细参数—第2包超声内镜小探头系统—性能指标（招标文件第55页）：

1、一、超声发生器1台—“24、探头兼容性：可兼容12MHz、15MHz、20MHz三种探头”更正为“24、探头兼容性：可兼容12MHz、120MHz两种探头”；

2、一、超声发生器1台—“●25、兼容小肠探头：探头长度 $\geq 2610\text{mm}$ ”更正为“●25、兼容小肠探头：探头长度 $\geq 2200\text{mm}$ ”；

3、二、超声探头1根—“●1、超声中心频率：15MHz频率探头1根”更正为“●超声中心频率：频率20MHz探头1根”；

4、二、超声探头1根—“4、适用部位：上消化道、下消化道、小肠”更正为“4、适用部位：上消化道、下消化道”；

5、二、超声探头1根—“●5、长度： $\geq 2615\text{mm}$ ”更正为“5、●长度： $\geq 2200\text{mm}$ ”；

### （二）补充说明

《五、评标办法》—五、评审细则—3、详细评价表—技术部分—技术参数中：“注①特别注明需提供注册证或检测报告等的参数，投标人应按要求提供；未特别注明的标注“●”的参数，投标人应提供相应证明材料的复印件或扫描件并加盖供应商公章，包括医疗器械注册证、第三方机构出具的检验或检测报告、技术白皮书、产品彩页、网站截图、功能截图、产品说明书等，提供其中之一即可；未特别注明的未标注“●”的参数，投标人承诺响应即可。投标人未按本条要求提供材料或提供不全的，评标时不予计分。”此项解释：其中“特别注明”指《四、采购需求》—（二）货物需求及技术参数要求—2、产品要求及详细参数中注明需提供相关材料的，如招标文件第6页第二行“需提供此功能的软件界面图片”。

（三）本项目提交投标文件截止时间、开标时间顺延至2024年11月26日9时00分，开标地点不变。

更正日期：2024年11月8日

## 三、其他补充事宜

1. 此公告内容视同采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。

2.除上述“二、更正信息一（二）补充说明”外，本项目详细评价表不变。

#### 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

##### 1.采购人信息

名称：郎溪县中医院

地址：安徽省郎溪县亭子山路99号

联系方式：段国祥 0563-7015797

##### 2.采购代理机构信息

名称：安徽皖岳信合项目管理有限公司

地址：安徽省合肥市蜀山区潜山路699号新地中心B座8楼

联系方式：陈工 15955196270 2205044790@qq.com

##### 3.项目联系方式

项目联系人：段国祥

电话：0563-7015797

#### 五、附件：无

2024年11月8日