

安徽省宁国市中溪中心卫生院救护车及车载急救设备采购项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：NGS-CG-XJ-2025007

原公告的采购项目名称：安徽省宁国市中溪中心卫生院救护车及车载急救设备采购项目

首次公告日期：2025年7月11日

二、更正信息

更正事项：☐采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果

更正内容：

1. 原采购需求中除颤监护仪4.5开机速度快，设备的休眠唤醒开机时间小于2s。现更正为：设备的休眠唤醒开机时间小于5秒
2. 原采购需求中除颤监护仪4.7除颤后基线恢复时间小于2.5s现更正为：除颤后基线恢复时间小于5s
3. 原采购需求中除颤监护仪“4.8除颤监护仪界面可显示病人接触阻抗状态和接触阻抗值”删除
4. 原采购需求中除颤监护仪“8.3定期关机自检应覆盖全面，检测项应至少包含以下内容：治疗模块、电池、放电，其中充放电检测应覆盖最大能量。”删除
5. 原采购需求中除颤监护仪“8.6查看自检报告方便快捷，操作步骤不超过2步；自检报告显示的检测项支持用户自定义”删除。
6. 原采购需求中除颤监护仪“9.1可选配蜂窝移动传输（4G）功能，支持连接远程设备管理系统，进行设备集中批量管理.故障保修”删除
7. 原采购需求中监护仪“1.2屏幕显示：12.1英寸液晶显示”现更正为：大于10英寸液晶显示
8. 原采购需求中监护仪“1.3具备：药物浓度计算功能。”删除
9. 原采购需求中监护仪“1.6血压功能具备：漏气检测.校准.复位功能。”删除
10. 原采购需求中监护仪“2.1导联系统：五导连线RA.LA.RL.LL.V。”删除
11. 原采购需求中监护仪“8.1交直流两用.内置蓄电池（锂电池）”删除
12. 原采购需求中心心电图机1.1……“支持全屏操作和背景网格显示，屏幕亮度可调；”删除
13. 原采购需求中心心电图机“1.3提供手动输入.条码扫描.身份证读取.快速预约下载等多种患者信息录入方式；”删除
14. 原采购需求中心心电图机“1.4支持通过有线.无线.移动网络的方式进行联网，内置Wi-Fi模块，可支持2.4GHz/5GHz双频带传输；”删除
15. 原采购需求中心心电图机“2.2输入阻抗： $\geq 100M\Omega$ ；”删除
16. 原采购需求中心心电图机“2.3采样率： $\geq 50000Hz$ ；”现更正为： $\geq 30000Hz$

17. 原采购需求中心心电图机“2.7频率响应：0.01Hz至400Hz；”删除
18. 原采购需求中心心电图机“2.11耐极化电压： $\geq 1000\text{mV}$ ；”删除
19. 原采购需求中心心电图机“3.2支持30分钟数据采集，便于医生精确选择和记录特定时间段的心电波形；”删除
20. 原采购需求中心心电图机“3.3支持快速模式，采集与打印同步，减少等待采集时间，提高出报告效率；”删除
21. 原采购需求中心心电图机“3.7具有在屏诊断功能，可在屏幕上进行报告查看.报告编辑.波形放大.数据测量.波形对比等操作；”删除
22. 原采购需求中心心电图机“3.9支持不同层级的用户账号登录，可设置不同权限，防止误操作。”删除
23. 原采购需求中急救吸引器“1.5极限负压值： $\geq 0.06\text{MPa}$ ”删除
24. 原采购需求中急救吸引器“1.7抽气速率： $\geq 15\text{L/min}$ ”删除
25. 原采购需求中急救吸引器“1.8熔丝管：F1.5AL250V, $\Phi 5 \times 20$ ”删除
26. 原采购需求中急救吸引器“1.12外形尺寸： $\leq 280 \times 196 \times 285(\text{mm})$ ”删除
27. 原采购需求中急救吸引器“2.非AP/非APG设备(不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备”删除
28. 原采购需求中急救吸引器“3.防电击类型分类：II类设备”删除
29. 原采购需求中急救吸引器“5.进液防护程度分类：IPX0”删除
30. 原采购需求中急救吸引器“6.产品用途”及项下其它内容均删除
31. 原采购需求中急救吸引器“6.2无禁忌症。”删除
32. 原采购需求中急救吸引器“6.3不适用于野外或运转中。”删除
33. 原采购需求中急救吸引器“6.1产品适用范围：供吸脓血.痰黏稠液体用。”删除
34. 原采购需求中急救吸引器“7.配置清单”及7.1、7.2、7.3、7.4均删除

三、其他补充事宜

本项目开标时间、投标文件递交截止时间均延期至2025年7月22日10时00分。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息
- 名称：宁国市中溪中心卫生院
- 地址：宁国市中溪镇中溪村卫生巷
- 联系方式：唐先生、0563-4674005
2. 采购代理机构信息
- 名称：宁国市政府集中采购中心
- 地址：宁国市东城大道与振宁路交口市民之家6楼
- 联系方式：陈先生、0563-4110839

3. 项目联系方式

项目联系人：唐先生、陈先生

电 话：0563-4674005、0563-4110839