泾县医院和重点中心乡镇卫生院提升工程项目医疗设备第三批3.0T磁共振采购项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JX-CG-GK-2026019

原公告的采购项目名称：泾县医院和重点中心乡镇卫生院提升工程项目医疗设备第三批3.0T磁共振采购项目

首次公告日期：2026年10月30日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

1、原招标文件中技术参数要求的

4.8.2	原厂腹部成像线圈	满足下列条件之一： （1）≥12通道，尺寸≥50cm*50cm； （2）≥12通道，尺寸＜50cm*50cm提供两个原厂腹部成像线圈。

现修改为：

4.8.2	原厂腹部成像线圈	≥12通道，提供两个原厂腹部成像线圈。

2、原招标文件中技术参数要求的

●4.6	发射带宽	≥1MHZ

现修改为：

●4.6	发射带宽	（1±0.3）MHZ

3、原招标文件中技术参数要求的

●4.7	独立射频放大器数量	≥2个

现修改为：

●4.7	独立射频放大器数量	≥1个

4、删除原招标文件中技术参数要求的

4.2	双独立射频放大器发射技术平台	具备

注：以上修改或删减内容请各潜在投标人及时查看，并在制作投标文件时，按本更正公告内容及时更新投标响应表的技术参数内容。

更正日期：2026年11月4日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：泾县卫生健康委员会（泾县中医药管理局）

地 址：泾县泾川镇学业路

联系方式：0563-5035156

2.采购代理机构信息

名 称：安徽安天利信工程管理股份有限公司

地　址：安徽省合肥市蜀山区蜀鑫路39

联系方式：0551-63736783/18656633662

3.项目联系方式

项目联系人：杨成龙

电　话：0551-63736783/18656633662