

宣城市产品质量监督检验所重点工业产品安全检验检测设备更新项目第二包 更正公告第（1）次

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：XCS-CG-GK-2026032

原公告的采购项目名称：宣城市产品质量监督检验所重点工业产品安全检验检测设备更新项目

首次公告日期：2026年8月4日

二、更正信息

更正事项：采购文件

1、第三章 采购需求，第二包“▲X射线荧光光谱仪”详细技术参数中，“★10.2符合GB/T 18802.21-2016《低压电涌保护器 第21部分：电信和信号网络的电涌保护器(SPD)性能要求和试验方法》：冲击耐受能力 $(1.2/50\mu s-8/20\mu s)\geq 10kV/5kA$ ；（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构依据GB/T 18802.21-2016标准出具的带CMA标识完整检测报告复印件或扫描件）；★10.3符合GB/T 18802.11-2020《低压电涌保护器(SPD)第11部分：低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》：标称放电电流 $I_n(8/20\mu s)\geq 20kA$ ，最大放电电流 $I_{max}(8/20\mu s)\geq 40kA$ ，电压保护水平 $U_p\leq 1.6kV$ ；（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构依据GB/T 18802.11-2020标准出具的带CMA标识完整检测报告复印件或扫描件）”更正为：“★10.2符合GB/T 18802.21-2016《低压电涌保护器 第21部分：电信和信号网络的电涌保护器(SPD)性能要求和试验方法》：冲击耐受能力 $(1.2/50\mu s-8/20\mu s)\geq 10kV/5kA$ ；（投标文件中提供第三方检测机构依据GB/T 18802.21-2016标准出具的检测报告）；★10.3符合GB/T 18802.11-2020《低压电涌保护器(SPD)第11部分：低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》：标称放电电流 $I_n(8/20\mu s)\geq 20kA$ ，最大放电电流 $I_{max}(8/20\mu s)\geq 40kA$ ，电压保护水平 $U_p\leq 1.6kV$ ；（投标文件中提供第三方检测机构依据GB/T 18802.11-2020标准出具的检测报告）”；

三、其他补充事宜

本项目开标时间、投标文件递交截止时间顺延至2026年9月3日9时00分。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：宣城市产品质量监督检验所

地址：宣城市宣州区水阳江西大道10号文房四宝大厦（3楼）

联系方式：13637218346

2. 采购代理机构信息

名称：宣城市公共资源交易有限公司

地址：宣城市梅园路香江金郡东区12栋3楼

联系方式：0563-3032652

3. 项目联系方式

项目联系人：孙主任、张工

电话：13637218346、0563-3032652

2026年8月18日